

## AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A RILEVARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AL FINE DI EVENTUALI SUCCESSIVI AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 36, LETT. A) D.LGS. 50/2006, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI COLONNE PER LAPAROSCOPIA – NUOVE O RICONDIZIONATE – DA DESTINARE A DIVERSI PP.OO. DI ATS SARDEGNA.**

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4, DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI COLONNE PER LAPAROSCOPIA – NUOVE O RICONDIZIONATE – DA DESTINARE A DIVERSI PP.OO. DI ATS SARDEGNA**

**Stazione Appaltante**

**ATS - Azienda per la Tutela della Salute**

Via Enrico Costa, 57 – 07100 Sassari (SS)  
CF: 92005870909 – P.IVA: 009356650903

**Struttura e Unità Organizzativa di riferimento**

S.C. Ingegneria Clinica  
Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 Selargius (CA)

**Punti di contatto**

email: [sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it](mailto:sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it)  
PEC: [sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it](mailto:sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it)  
Sito web: <http://www.atssardegna.it>

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Barbara Podda Direttore della S.C. Ingegneria Clinica. Il referente amministrativo dell'istruttoria e ausiliario al RUP è Biancamaria Carta ([biancamaria.carta@atssardegna.it](mailto:biancamaria.carta@atssardegna.it)).

**Premessa**

Al fine di far fronte alle esigenze manifestate da Diversi PP.OO. di ATS Sardegna, nelle more dell'espletamento della procedura di gara prevista nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 14.11.2019, rettificata ed integrata dalle Deliberazioni n. 165 del 09/03/2020 e n. 346 del 29/05/2020, questa Azienda potrebbe avere la necessità di procedere, per garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per l'attività assistenziale, ad affidamenti ai sensi dell'art. 36, lett. a) D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall'art 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 volti all'acquisizione della fornitura in noleggio di:

***colonne per video-laparoscopia di ultima generazione a elevate prestazioni, in grado di utilizzare sia tecnologia 3D sia 4K (UHD) per l'acquisizione e la visualizzazione delle immagini, completa di tutti gli accessori necessari al suo funzionamento.***

La durata di tale noleggio è stimato in 12 mesi circa.

Con il presente avviso ATS Sardegna intende avviare un'indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida ANAC n° 4, di attuazione del D.Lgs. n°50/2016, al fine di individuare idonei Operatori Economici che potranno essere invitati, tramite trattativa diretta svolta sul sistema Mepa, a fornire quanto richiesto.

Si precisa che i riscontri che perverranno in relazione al presente avviso hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare preventivi, pertanto non è indetta nessuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta esclusivamente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare per l'eventuale espletamento di un affidamento ai sensi dell'art. 36,lett. a)D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall'art 1,

comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

Si invitano pertanto gli Operatori Economici interessati a presentare la propria manifestazione di interesse attraverso lo schema di risposta allegato (**Allegato A**).

Si specifica che la selezione dell'Operatore Economico con il quale procedere all'affidamento della fornitura in oggetto sarà garantito il criterio di rotazione e l'applicazione dei principi generali definiti dal D.Lgs. 50/2006.

### **Oggetto dell'eventuale affidamento**

*Fornitura in noleggio di colonne per video-laparoscopia di ultima generazione a elevate prestazioni, in grado di utilizzare sia tecnologia 3D sia 4K (UHD) per l'acquisizione e la visualizzazione delle immagini, completa di tutti gli accessori necessari al suo funzionamento.*

### **Caratteristiche tecniche e configurazioni di minima:**

Colonne per laparoscopia 3D-4K integrata, doppio braccio e con monitor 55 pollici- nuova o ricondizionata, con le seguenti componenti, caratteristiche e configurazioni minime, a pena di non conformità dell'offerta:

1. *Telecamera e centralina:* CND Z12020404/5
  - o Tecnologia, 3D, 4K integrata
  - o Risoluzione pari ad almeno 1920x1080(3D) e 3840x2160 (4K)
  - o Uso di programmi preimpostati dei parametri di immagine
  - o Centralina modulare capace di processare segnali 3D, 4K
  - o Uscite digitali ad alta definizione
  - o Connessione al monitor supplementare
2. *Fonte luminosa:* CND Z12020402
  - o Fonte luminosa a Led
  - o Flusso luminoso non inferiore a 2000 lumen
  - o Pannello di controllo completo di display per la gestione e la visualizzazione dei parametri di funzionamento
  - o Durata Led non inferiore a 30.000 ore
  - o Visualizzazione intensità luminosa e durata residua della lampada
  - o 5 cavi a fibre ottiche autoclavabili di lunghezza non inferiore a 300cm
3. *Monitor 3D Full HD-4K* CND Z11900802
  - o Monitor medicale
  - o Dimensione schermi: 55 pollici e 32 pollici
  - o Visualizzazione immagini 3D/4K con possibilità immediata di passare da una all'altra modalità
  - o Almeno n. 10 paia di occhiali a tecnologia passiva e n. 10 sovralenti
  - o Risoluzione non inferiore a 3840x2160
4. *Sistema di registrazione e riproduzione di immagini e video in 3D e 4K* CND Z12020401
  - o Sistema hardware di dimensioni ridotte con pannello di controllo completo di display, preferibilmente touch screen, per la gestione e la visualizzazione dei parametri di funzionamento
  - o Software dedicato per la registrazione e archiviazione immagini e video 2D, 3D, Full HD e 4K medicali sullo stesso hardware
  - o Hard Disk interno di 2TB
  - o Almeno n. 4 porte USB per esportazione dati
  - o Possibilità di esportazione dati in formati compressi non proprietari (es. jpeg)
  - o Possibilità di registrazione parallela (sincrona o indipendente) da due diverse sorgenti video

- Possibilità di comunicare con la rete ospedaliera tramite wifi o cavo di rete
- 5. *Carrello elettrificato* CND Z12029003
  - Carrello completo di trasformatore di isolamento per il collegamento di eventuali apparecchiature non elettromedicali
  - Almeno n. 5 ripiani regolabili in altezza, per la collocazione di tutte le apparecchiature costituenti il sistema di laparoscopia proposto;
  - Cassetto con serratura
  - Ruote pivottanti e antistatiche dotate di freno
  - Sostegno porta telecamera
  - Sistema passacavi per corretto cablaggio
  - N. 2 bracci porta monitor snodabili ed estensibili su lati opposti
  - Supporto bombola CO2
  - Supporto tastiera
- 6. *Insufflatore CO2* CND Z12029008
  - Insufflatore ad alto flusso di almeno 40 l/min
  - Pannello di controllo completo di display preferibilmente touch screen per la gestione e la visualizzazione dei parametri di funzionamento
  - Lettura immediata dei dati di insufflazione
  - Sistemi acustici di allarme per sovrappressioni, ostruzioni, termine bombola, perdita di gas
  - Scarico automatico del gas in caso di sovrappressioni
  - Possibilità di attacco al sistema CO2 centralizzato a parete
  - Riscaldamento del gas con sistema di riscaldamento monouso sterile e autoclavabile
  - Completo di una fornitura minima di 100 tubi monouso per insufflazione CO2
  - Completo di una fornitura minima di 10 raccordi autoclavabili per il collegamento al trocar
- 7. *Irrigatore/aspiratore* CND Z12029099
  - Flusso regolabile
  - Pannello di controllo completo di display per la gestione e la visualizzazione dei parametri di funzionamento
  - Completo di una fornitura minima di 100 tubi monouso per irrigazione/aspirazione
- 8. *Testina e ottiche<sup>1</sup>:* CND vari (Z12020480, Z12029016, Z12029099)
  - Testa telecamera 4K con risoluzione non inferiore a 3840x2160 pixel in scansione progressiva 50/60Hz
  - Presenza di pulsanti programmabili, ghiera messa a fuoco e zoom digitale su più livelli
  - Video-laparoscopia rigido 3D Full HD 10 mm (diametro) e indicativamente non inferiore a 30 cm (lunghezza) - 30° (angolo di visione) autoclavabile
  - Rotazione dell'ottica 3D di 360° con possibilità di commutazione dell'immagine in 2D
  - N. 3 ottiche laparoscopiche 10mm (diametro) e 31cm (lunghezza) - 30° angolo di visione, autoclavabili
  - N. 3 ottica laparoscopica 10mm (diametro) e 31cm (lunghezza) - 0° angolo di visione, autoclavabili
  - N. 1 ottica laparoscopica 5mm (diametro) e 29cm (lunghezza) - 30° angolo di visione, autoclavabili per laparoscopie esplorative chirurgiche e "oneport"

**Tutte le attrezzature e i relativi componenti dovranno essere conformi al D.,Lgs.,46/97 e ss. mm. li. e certificati come dispositivi medici.**

<sup>1</sup>Si specifica che per quanto attiene le caratteristiche del videolaparoscopia rigido 3D, la configurazione composta da testina telecamera bi-canale 3D full-HD più ottica 3D bi-canale è da considerarsi soluzione tecnologia equivalente

- a) Servizi connessi. Prestazione dei servizi connessi all'esecuzione della fornitura in argomento, cioè da intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura:
- trasporto, consegna ed installazione;
  - collaudo e formazione del personale;
  - servizio di assistenza e manutenzione full risk per 12 (dodici) mesi, incluse manutenzione preventiva secondo le indicazioni del produttore e manutenzione correttiva con numero interventi su chiamata illimitati.

#### **Importo stimato complessivo dell'eventuale affidamento**

Il valore stimato ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 149.000,00 (IVA esclusa) a titolo di corrispettivo complessivo annuale per tutte le apparecchiature.

#### **Modalità degli affidamenti**

L'eventuale successiva procedura avverrà mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall'art 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, condotta con modalità elettroniche e telematiche sul sistema MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), messo a disposizione da Consip S.p.a..

Si precisa che la registrazione e abilitazione sul predetto Sistema costituiscono condizioni essenziali per poter essere oggetto di inviti alla futura procedura e per presentare offerta.

Nell'ambito dell'affidamento diretto l'Operatore Economico verrà individuato sulla base della rispondenza dell'offerta alle caratteristiche tecniche di minima indicate precedentemente e sulla base dei seguenti elementi di valutazione::

- ✓ il tempo di consegna;
- ✓ la tipologia di apparecchiatura se nuova o ricondizionata;
- ✓ anno di produzione;
- ✓ gli aspetti migliorativi rispetto alle caratteristiche tecniche minime;
- ✓ prezzo.

#### **Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura**

Di seguito si indicano i requisiti necessari per poter partecipare agli affidamenti in argomento:

- possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con le forniture sopra indicate, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, D.Lgs. 50/2016.

#### **Soggetti ammessi a partecipare**

È ammessa la partecipazione alla presente consultazione ed agli eventuali successivi affidamenti degli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti sopra descritti.

Si precisa che la manifestazione di interesse costituisce esclusivamente una dichiarazione preliminare in merito alla disponibilità ad essere consultati ed alla sussistenza dei predetti requisiti, il cui possesso dovrà essere attestato dagli operatori economici – solo ove vengano invitati - in sede di presentazione del preventivo di spesa, con le modalità che verranno precisate successivamente.

#### **Modalità e termine di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'indagine di mercato**

Il presente avviso rimarrà presente sul sito della ATS Sardegna per un periodo di n. 15 gg decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente iniziativa ed essere consultati per gli affidamenti ex art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall'art 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, dovranno inoltrare alla stazione appaltante, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata [sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it](mailto:sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it), una apposita dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello **allegato A** al presente avviso e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Rif. CARTA - Riscontro ad avviso di indagine di mercato per la fornitura in noleggio di colonne per laparoscopia- nuove o ricondizionate."**

**L'istanza di partecipazione dovrà pervenire all'indirizzo PEC sopra indicato entro e non oltre il termine perentorio previsto in n. 15 gg decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.**

Il tempestivo inoltro entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non potranno partecipare alla successiva fase le dichiarazioni di manifestazione di interesse che pervengano dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato o che vengano inoltrate con modalità difformi rispetto a quelle indicate nel presente avviso.

#### **Modalità di svolgimento e criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata**

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi di una mera indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici in grado di eseguire la fornitura di cui all'oggetto ed interessati alla partecipazione ad una eventuale successivo affidamento diretto.

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, di non proseguire nella procedura di selezione e/o di utilizzare procedure diverse. La ATS Sardegna, inoltre, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, detta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti della predetta Amministrazione.

Si precisa, infine, che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l'Ing. Barbara Podda.

#### **Pubblicazione dell'avviso**

Il presente avviso, unitamente al modello di istanza per la manifestazione di interesse ad esso allegato, è pubblicato sul profilo di committente [www.atssardegna.it](http://www.atssardegna.it).

#### **Ulteriori informazioni**

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate esclusivamente nel medesimo sito internet aziendale.