

Quesito n. 1

Buongiorno In merito alle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato di gara, vorremmo sapere se verranno accettati letti disponibili in pronta consegna nei 10 giorni da voi richiesti, con le seguenti differenze:- carico lavoro sicuro 220 Kg. (anzi che i 250 Kg.richiesti); Comandi paziente ed operatore direttamente integrati nelle semisponde (anzi che i due filocomandi separati richiesti, i quali risultano molto più delicati dei comandi integrati).

Risposta

Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla procedura in corso si anticipano le seguenti rettifiche ai requisiti minimi del Capitolato tecnico:

- carico di lavoro sicuro 220 Kg
- comandi paziente operatore integranti nelle semisponde o con due filocomandi separati.