GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI STRUMENTAZIONE DI BASE, SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI, PER IL LABORATORIO DI CITOGENETICA (SC GENETICA MEDICA) DEL P.O. BINAGHI DI ATS SARDEGNA.

RETTIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le seguenti rettifiche alla documentazione di gara sono consultabili sul sito www.atssardegna.it e sul portale www.acquistintetepa.it

Rettifiche all'Allegato 1 – Capitolato Tecnico

Rettifica n. 1

la specifica di seguito riportata, indicata al paragrafo 2.1, pag. 5, dell'Allegato 1 – Capitolato tecnico:

- "Telecamera di qualità e prestazioni eccellenti, con almeno 8 megapixel di risoluzione e collegata alla workstation (mediante porte USB, LAN, HDMI) per garantire la massima velocità e la definizione ad alto ingrandimento. Il campo acquisito dalla telecamera al massimo ingrandimento deve essere sufficientemente ampio da includere il maggior numero di cromosomi dispersi."

deve intendersi sostituita, ad ogni effetto, dalla seguente specifica:

- **"Telecamera di elevatissime prestazioni ed altissima sensibilità che consenta di ottenere prestazioni eccellenti in relazione alle applicazioni di citogenetica indicate in Capitolato.**
  La telecamera dovrà essere collegata alla workstation (mediante porte USB, LAN, HDMI) per garantire la massima velocità e la definizione ad alto ingrandimento.
  Il campo acquisito dalla telecamera al massimo ingrandimento deve essere sufficientemente ampio da includere il maggior numero di cromosomi dispersi."

Rettifica n. 2

La specifica di seguito riportata, indicata al paragrafo 2.1, pag. 6, dell'Allegato 1 – Capitolato tecnico:

- "Dispositivo per fluorescenza con torretta girevole motorizzata integrata nello stativo, in grado di alloggiare un numero maggiore o uguale a 8 filtri."

deve intendersi sostituita, ad ogni effetto, dalla seguente specifica:

- **"Dispositivo per fluorescenza con torretta girevole motorizzata integrata nello stativo, in grado di alloggiare almeno 6 filtri."**

Rettifica n. 3

La specifica di seguito riportata, indicata al paragrafo 2.1, pag. 6, dell'Allegato 1 – Capitolato tecnico:

- Corredo filtri per la rilevazione del segnale dei seguenti fluorocromi: DAPI (contro colorazione), FIITC/Spectrum Green (verde), Texas Red o analoghi (rosso), Spectrum Orange o analoghi (arancio), DEAC, CYS, doppio verde/arancio, doppio verde/rosso, triplo DAPI/verde/arancio

deve intendersi sostituita, ad ogni effetto, dalla seguente specifica:

- **"Corredo filtri per la rilevazione del segnale dei seguenti fluorocromi: DAPI (contro colorazione), FIITC/Spectrum Green (verde), Texas Red o analoghi (rosso), Spectrum Orange o analoghi (arancio), DEAC (acqua), doppio verde/arancio, doppio verde/rosso, triplo DAPI/verde/arancio.**

Rettifiche al Disciplinare di gara

Rettifica n. 4

Con riferimento al Disciplinare di gara, par. 17.1, nella tabella 7: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pag. 28, il seguente criterio di valutazione A1:

A1	Caratteristiche del microscopio stazione di ricerca automatica: numero di posizioni (superiori a otto) del revolver della fluorescenza integrato nello stativo. $$V(a)_i = \frac{P(a)_i}{P_{max}} W_{i_A1}$$ $V(a)_i$: è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo; $P(a)_i$ è il numero di posizioni del revolver della fluorescenza integrato nello stativo dichiarati dal concorrente i-esimo; P_{max} è il massimo numero posizioni del revolver della fluorescenza integrato nello stativo tra tutte le offerte dei concorrenti; W_{i_A1} è il fattore ponderale corrispondente al criterio A1.	Quantitativo Indicare numero	3

deve intendersi sostituito, ad ogni effetto, come di seguito riportato:

A1	**Caratteristiche del microscopio stazione di ricerca automatica: numero di posizioni (almeno sei) del revolver della fluorescenza integrato nello stativo.** $$V(a)_i = \frac{P(a)_i}{P_{max}} W_{i_A1}$$ **$V(a)_i$: è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo;** **$P(a)_i$ è il numero di posizioni del revolver della fluorescenza integrato nello stativo dichiarati dal concorrente i-esimo;** **P_{max} è il massimo numero posizioni del revolver della fluorescenza integrato nello stativo tra tutte le offerte dei concorrenti;** **W_{i_A1} è il fattore ponderale corrispondente al criterio A1.**	**Quantitativo** **Indicare numero**	**3**

****

Le modifiche sopra indicate devono considerarsi riportate anche in tutti i relativi richiami presenti nella documentazione di gara. Quant'altro stabilito nel Disciplinare di Gara, nell'Allegato 1, nell'Appendice A), nello Schema di Contratto ed, in generale, nella documentazione di gara, se non modificato o integrato dalle rettifiche sopra riportate, resta fermo ed invariato.

Firmato
Il Resp. S.C. Ingegneria Clinica
Ing. Barbara Podda

Firmato
Il RUP
Dottor Giovanni Scarteddu