

ALLEGATO 2) ALLA DETERMINAZIONE
DEL DEBITORE ASSL
N. DEL
COMPOSTO DI N. 2 FOGLI

Servizio Professioni Sanitarie – Direzione -

Prot. n. NP/2019/31376

Oristano, li 04.06.2019

Al Direttore S.C.
Area Giuridico Amministrativa
A.S.S.L. Oristano

S E D E

Oggetto: Offerte relative alla gara per la fornitura di presidi necessari per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
➤ *espressione parere tecnico.*

In riferimento all'oggetto ed alla Vostra richiesta di chiarimenti pervenuta alla scrivente Direzione SPS tramite e-mail del 03.06.2019 si trasmette, in allegato alla presente, il prospetto contenente il parere tecnico in merito alla conformità dei presidi inclusi nei Lotti 1 - 2.

Si precisa che i suddetti pareri sostituiscono quelli precedentemente espressi nella nota Prot. n. NP/2019/30473 del 30.05.2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Professioni Sanitarie
Dott. Giovanni Piras



C.P.S.I. S. Caelli

Servizio Professioni Sanitarie – Direzione -

LOTTO	DITTA	PRESIDIO	CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
LOTTO 1	L'AMMIRAGLIA	<ul style="list-style-type: none"> • CONTENITORE RIGIDO MONOUSO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI OSPEDALIERI • SACCHI N.U. B.D. GIALLI 	NON CONFORME	Capienza dei sacchetti non precisata e dimensione dei medesimi eccessiva
	AXOSAN	<ul style="list-style-type: none"> • IMBALLAGGIO IN PLASTICA CON COPERCHIO AMOVIBILE CON DUE MANIGLIE INCAVATE • SACCHI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO 	NON CONFORME	<ul style="list-style-type: none"> • Imballaggio in plastica privo di duplice coperchio • capienza dei sacchetti non precisata e dimensioni dei medesimi eccessive
	SILAB	CONTENITORE MONOUSO DESTINATO ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI POTENZIALMENTE INFETTI	NON CONFORME	<ul style="list-style-type: none"> • articolo privo di duplice coperchio • sacchetto monouso impermeabile in polietilene non previsto
	KETER Italia	<ul style="list-style-type: none"> • CONTENITORE MONOUSO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI OSPEDALIERI • SACCO IN POLIETILENE CAPIENZA 40 IL. 	CONFORME	*****
LOTTO 2	L'AMMIRAGLIA	SACCHETTI IMPERMEABILI CAPACITÀ 5 LITRI CIRCA	NON CONFORME	<ul style="list-style-type: none"> • capienza non precisata • sono state presentate due tipologie di sacchetto



Il Dirigente Responsabile
 Servizio Professioni Sanitarie
 Dott. Giovanni Pirastu

C.P.S.I. S. Cauli

www.atssardegna.it www.asloristano.it

Direzione
 Servizio Professioni Sanitarie
 Via Rockefeller
 09170 Oristano
 Tel. 0783/317281 Fax 0783/317202
 E-mail: sps@asloristano.it

Direttore